Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau - Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji i
Konsumentów

DBA-2/240-22/2014 Warszawa, 17 czerwca 2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1 - dotyczy Części XVII
Czy Zamawiający jako gwarancję rozumie czas przydatności lampy do użycia tj. okres przechowywania w którym jej parametry nie ulegną zmianie? Pragniemy dodać, że lampa katodowa jest częścią eksploatacyjną i jej zużycie nie podlega gwarancji.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż lampy do ASA powinny posiadać gwarancję na działanie i emitowanie widma pierwiastka, z którego wykonana jest katoda przez 24 miesiące.

Pytanie 2 - dotyczy Części IX
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „elektrochemiczna i spektrofotometryczna kontrola parametrów wody"?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż kontrola wody metodą spektrofotometryczną polega na naświetlaniu za pomocą lampy UV wody produkowanej przez urządzenie celem usunięcia związków organicznych, które ulegają fotoutlenianiu. Wykonywane jest to w celu uzyskania możliwie niskiego stężenia związków organicznych w produkowanej wodzie. Kontrola wody metodą elektrochemiczną polega na konduktometrycznym pomiarze przewodności wody i wyświetlaniu tej wartości.

Pytanie 3 - dotyczy Części III
Czy zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia miał poszerzony zakres temperatur 0-95 st. C?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy parametrach podanych w SIWZ

Pytanie 4 - dotyczy Części III
Czy zamawiający wymaga aby wraz z wynikiem pomiaru była możliwość automatycznej archiwizacji i wydruku również zdjęcia celi pomiarowej po jej napełnieniu badaną próbką?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 5 - dotyczy Części III
Czy pompka będąca wyposażeniem gęstościomierza ma być zintegrowana z urządzeniem?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 6 - dotyczy Części III
Czy pompka ma umożliwiać funkcję automatycznego płukania celi rozpuszczalnikiem oraz jej suszenia bez konieczności każdorazowego podstawiania naczynia z rozpuszczalnikiem (butla z rozpuszczalnikiem jest podłączona pod pompkę i po automatycznym pobraniu próbki i wykonaniu analizy, pompka przechodzi w tryb płukania celi)? Jest to rozwiązanie, które bardzo ułatwia analizę zwłaszcza produktów ropopochodnych. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie pompki tłokowej.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 7 - dotyczy Części VI
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie regulacji temperatury od -9 ^{o}C do -25 ^{o}C?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy parametrach podanych w SIWZ.

Pytanie 8 - dotyczy Części VI
Czy Zamawiający uzna za równoważne urządzenie w którym wnętrze wykonane zostało z wysokiej jakości tworzywa sztucznego?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 9 - dotyczy Części VI
Czy Zamawiający dopuszcza aby rejestracja 100 ostatnich wyników pomiarowych odbywała się poprzez dedykowany konwerter wraz z oprogramowaniem?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy parametrach podanych w SIWZ.

Pytanie 10 - dotyczy Części VI
Zamawiający wymaga wniesienia urządzenia przez Wykonawcę. Prosimy o podanie piętra posadowienia urządzenia oraz informacji odnośnie dostępności windy i jej wymiarów.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż w miejscu dostawy nie ma windy, a zamrażarkę należy wnieść do pomieszczenia znajdującego się na parterze (5 stopni do budynku).

Pytanie 11 - dotyczy Części XI
Zamawiający wymaga wniesienia urządzenia przez Wykonawcę. Prosimy o podanie informacji odnośnie dostępności windy i jej wymiarów.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż w miejscu dostawy jest dostępna winda towarowa, o szerokości 150 cm, głębokości 190 cm i wysokości 190cm.

Pytanie 12 - dotyczy Części XI
Czy Zamawiający podając „funkcja rozmrażania komory górnej” miał na myśli odszranianie w czasie pracy urządzenia, powodujące pomijalny wzrost temperatury w komorze bez konieczności wyjmowania próbek?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż podając „funkcja rozmrażania komory górnej” miał na myśli odszranianie w czasie pracy urządzenia, powodujące pomijalny wzrost temperatury w komorze bez konieczności wyjmowania próbek.

Pytanie 13 - dotyczy Części XI
Zamawiający wymaga świadectwa wzorcowania urządzenia w co najmniej 9 punktach w każdej z komór. Prosimy o podanie w ilu temperaturach ma zostać wykonane wzorcowanie w każdej z komór.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż wzorcowanie powinno zostać wykonane co najmniej w jednej wartości temperatury, w komorze górnej 4°C, w komorze dolnej -10°C.

Pytanie 14 - dotyczy Części XV
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12-miesięczny okres gwarancji dla tego urządzenia?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2014 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 10 lipca 2014 r. godz. 10:30.

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak