



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 1 października 2015 r.

DBA-2/240-44/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na **dostawę chromatografu gazowego oraz chromatografu jonowego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów** wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

dotyczy: Część I. Chromatograf gazowy – 1 zestaw

Pytanie 1

W załączniku nr 1 do SIWZ w cz. I Chromatograf gazowy Zamawiający wymaga podłączenia z wykorzystaniem własnych materiałów generatora wodoru posiadanego przez laboratorium. Czy w sytuacji kiedy generator w laboratorium w Kielcach okaże się niesprawny Zamawiający uzna za zrealizowane zamówienie jeśli Wykonawca dokona rozruchu urządzenia z wykorzystaniem własnego generatora wodoru?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż ww. okoliczności Zamawiający uzna zamówienie za zrealizowane jeśli Wykonawca dokona rozruchu urządzenia z wykorzystaniem własnego generatora wodoru.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówionej dostawy do 0,2% wartości brutto? (zał. Nr 7 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, §7 p. 1)

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 3

Czy Certyfikat Jakości ISO producenta jest wystarczającym dla Zamawiającego dokumentem jako certyfikat sprawdzenia urządzenia?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż uzna Certyfikat Jakości ISO producenta za wystarczający dokument sprawdzenia urządzenia.

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **15 października 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 15 października 2015 r. godz. 11:30.**