

DBA-2/240-26/2013

Warszawa, 21 maja 2013 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2013 r. informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1 – dotyczy Części VIII

Czy Zamawiający dopuści płuczkę posiadającą błąd precyzji 2,5% w całym zakresie dozowania, a nie tak jak wskazano w SIWZ przy 300µl?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczy Części VIII

Czy Zamawiający dopuści płuczkę wyposażoną w butelki na bufory o pojemności 1 litra?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 3 – dotyczy Części XI

Czy Zamawiający dopuści płuczkę posiadającą błąd precyzji 2,5% w całym zakresie dozowania, a nie tak jak wskazano w SIWZ przy 300µl?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 4 – dotyczy Części XI

Czy Zamawiający dopuści płuczkę wyposażoną w butelki na bufory o pojemności 1 litra?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 21 czerwca 2013 r. do godz. 9:00. Termin otwarcia ofert 21 czerwca 2013 r. godz. 9:30.

Dyrektor Generalny UOKiK

Monika Bronkau Ługowska