Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau - Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji i
Konsumentów

DBA-2/240-49/2013 Warszawa, 17 września 2013 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2013 r. informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie Nr 1 – dotyczy części VI – Zestaw HPLC z gradientem tworzonym po stronie wysokiego ciśnienia i detektorem diodowym
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu HPLC o parametrach znacznie lepszych niż specyfikowane, którego szum detektora DAD wynosi $<\pm 8 \times 10^{-6}$ AU, dla 254nm? Poziom szumu nie specyfikuje czułości detektora.
Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie Państwu zestawu umożliwiającego pracę również w trybie UHPLC (przepływ do 10 ml/min w zakresie ciśnienia do 620 bar) – skrócenie czasów analiz oraz znaczne zwiększenie czułości w porównaniu do wyspecyfikowanego zestawu klasycznego HPLC.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie detektora o poziomie szumów $<8 \times 10^{-6}$ AU. Zamawiający nie przewiduje pracy w trybie UHPLC. Uaktualniony opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do SIWZ) uwzględniający powyższą zmianę umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie Nr 2 – dotyczy części IV – Czytnik testów ELISA i płuczka automatyczna do czytnika testów ELISA
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Czytnika testów ELISA o czasie odczytu absorbancji 96 dołków w 10 sekund?

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Nr 3 – dotyczy części IV – Czytnik testów ELISA i płuczka automatyczna do czytnika testów ELISA
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płuczki do czytnika testów ELISA o błędzie precyzji (CV) mniejszym niż 3% przy 300 µl na 96 studzienek?

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Nr 4 – dotyczy części IV – Czytnik testów ELISA i płuczka automatyczna do czytnika testów ELISA
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płuczki do czytnika testów ELISA o pozostałości płynu w studzience po wypłukaniu płynu mniej niż 3 µl?

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Nr 5 – dotyczy części IV – Czytnik testów ELISA i płuczka automatyczna do czytnika testów ELISA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płuczki do czytnika testów ELISA o zakresie dozowania równym 25-500 ul na dołek na cykl regulowana z krokiem równym 1 ul?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż (zgodnie z wcześniejszą modyfikacją zawartą w odpowiedzi na pytania z dnia 5 września 2013 r.) dopuszczamy: zakres dozowania nie węższy niż 50÷450 µl na dołek na cykl regulowana z krokiem nie większym niż 50 µl. Uaktualniony opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do SIWZ) uwzględniający powyższą zmianę umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 3 października 2013 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 3 października 2013 r. godz. 10:30.

Zastępująca
Dyrektora Generalnego
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Małgorzata Tomczak