



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 1 września 2015 r.

DBA-2/240-41/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla **laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów** wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie

Część VI – Blok mineralizacyjny - 1 zestaw

Co Zamawiający rozumie przez zapis: „Konstrukcja pieca umożliwiająca odstawianie gorących próbek do schłodzenia bez odłączania od źródła próżni” ?

Czy Zamawiający wymaga podłączenia mineralizatora do próżni?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż konstrukcja mineralizatora powinna umożliwić wyjęcie i odstawienie gorących próbek do schłodzenia, bez odłączania systemu usuwania oparów ze źródłem próżni tj. pompką wodną.

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **17 września 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 17 września 2015 r. godz. 11:30.**

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak