



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-45/2016

Warszawa, 29 września 2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Dotyczy części XIII

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną bez automatycznego otwierania drzwi po zakończeniu cyklu? Drzwi w czasie procesu są elektronicznie blokowane, zapobiegając przed przypadkowym otwarciem oraz na wypadek przerwania programu. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Automatyczne otwarcie drzwi umożliwia pozbycie się resztek pary wodnej, szybsze stygnięcie szkła i możliwość jego użycia, bez konieczności kontroli zakończenia procesu mycia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną z grzałkami o mocy 5,7 kW? Jest to minimalnie mniejsza moc niż wymagana przez Zamawiającego pozwalająca na mniejsze zużycie energii. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Niższa moc grzałek wydłuży proces mycia szkła.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną z maksymalną głośnością pracy 56 dB? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Hałas wpływa negatywnie na samopoczucie pracowników (obniżenie koncentracji, uczucie zmęczenia). Zmywarka jest jednym z wielu urządzeń na stanowisku pracy wywołujących hałas, więc dodatkowe zwiększenie poziomu hałasu jest nie wskazane w miejscu wykonywania pracy wymagającej uwagi i skupienia.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną wyposażoną z jednopoziomowy wózek wyposażony w 20 dysz iniekcyjnych o różnej długości zmywania kolb, cylindrów, zlewów, butelek oraz w 5 dysz do mycia pipet o długości do 53,5 cm i wolnym miejscem na ustawienie zlewów lub koszyków z probówkami? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Zmniejszenie liczby dysz do mycia pipet o połowę wpłynie na zmniejszenie efektywności mycia.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną wyposażoną w jednopoziomowy wózek na co najmniej 60 dysz iniekcyjnych umożliwiających zmywanie kolb, zlewek, butelek do wysokości 22,5 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Dwupoziomowy wózek umożliwi umycie większej ilości szkła przy jednorazowym wsadzie (możliwość ustawienia szkła między dyszami, na dwóch poziomach).

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 24 października 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 24 października 2016 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński