



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

BBA-2/262-27/2017

Warszawa, 1 sierpnia 2017 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Dostawę spektrometru ICP OES dla Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Łodzi” informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga, aby przepływ gazu plazmowego, gazu pomocniczego oraz gazu rozpylającego był sterowany komputerowo przez masowe regulatory przepływu (MFC). Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym masowy kontroler przepływu jest stosowany do regulacji przepływu argonu rozpylającego w zakresie od 0 do 2.0 l/min. w krokach co 0.01 l/min. Natomiast przepływ argonu plazmowego w zakresie 0-20 l/min. w krokach co 1 l/min oraz przepływ argonu pomocniczego w zakresie 0-2.0 l/min w krokach co 0.1 l/min są kontrolowane komputerowo przez zawory elektromagnetyczne. W przypadku gazu plazmowego i pomocniczego istotna jest stabilność, a nie dokładność. Rozwiązanie, które stosujemy nie jest więc pozbawione sensu, gdyż jest trwalsze, mniej awaryjne, tańsze, a dodatkowo w żaden sposób nie wpływa niekorzystnie na czułość urządzenia, czy jakość osiągniętych wyników.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga, by oferowany spektrometr charakteryzował się dostępem do co najmniej 90% widma w oferowanym zakresie. Zapis ten jest istotny dla detektorów II generacji (CCD), które były podzespołami uniwersalnymi, nie projektowanymi specjalnie dla urządzeń ICP i miały swoje „dziury” spektralne. W oferowanym przez nas spektrometrze zastosowano detektor III generacji (SCD), zaprojektowany specjalnie dla spektrometrów ICP, który skupia się wyłącznie i w pełni (100% widma istotnego analitycznie) na tych jego obszarach, w których występują linie emisyjne istotne analitycznie. Dzięki temu nie ma możliwości pominięcia żadnych linii, jak w przypadku detektora, który analizuje 90% widma w oferowanym zakresie, a dodatkowo zapewnia szybsze gromadzenie i analizę danych z detektora. Czy Zamawiający dopuści detektor SCD u uzna takie rozwiązanie za równoważne?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a ich uwzględnienie w ofercie nie wymaga dodatkowego czasu. **Oferty należy składać do 26 sierpnia 2017 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 26 sierpnia 2017 r. do godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński

