



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska  
Dyrektor Generalny Urzędu  
Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów

DBA-2/240-32/2016

Warszawa, 14 lipca 2016 r.

## Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

### dotyczy Części X

#### Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści wagę bez przewodu antystatycznego, wyposażoną w zamian w osłonę przeciwwietrzną ze szkła z pokryciem antystatycznym?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia z wskazanym rozwiązaniem.**

W związku z powyższym Zamawiający **usunął w części X Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tirety o brzmieniu:**

- dodatkowa szafka przeciwpodmuchowa
- przewód antystatyczny.

Został dodany natomiast tiret charakteryzujący urządzenie o następującej treści:

- **rozwiązanie zapewniające prawidłową pracę urządzenia:**
  - przewód antystatyczny oraz dodatkowa szafka przeciwpodmuchowa
  - lub**
  - osłona przeciwpodmuchowa ze szkła z pokryciem antystatycznym.

#### Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści wagę bez poziomiczki elektronicznej z funkcją alarmu, graficznym wskaźnikiem poziomu i programowalnymi tolerancjami. Takie rozwiązanie wskazuje na konkretnego producenta.

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez funkcji programowania tolerancji.**

W związku z powyższym Zamawiający **zmienia w części X Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia treść tiretu piątego na: poziomiczka elektroniczna z funkcją alarmu i graficznym wskaźnikiem poziomu.**

#### Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści wagę która pracuje w temperaturze 10-30 stopni C? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanych parametrach.**

W związku z powyższym Zamawiający **zmienia w części X Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia minimalne wymagania temperatury pracy na: temperatura pracy minimum +15°C ÷ +30 °C.**

*Monika Bronkau*



## dotyczy Części IX

### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści jednostkę do destylacji z parą wodną kompatybilną z blokiem do mineralizacji z możliwością programowania objętości (w ml) dodawanych odczynników oraz wody: od 0 do 100 ml?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.**

### Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści jednostkę do destylacji z parą wodną kompatybilną z blokiem do mineralizacji z możliwością samodzielnego sprawdzania objętości dozowanych odczynników: od 0 do 100 ml?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.**

### Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści jednostkę do destylacji z parą wodną kompatybilną z blokiem do mineralizacji z możliwością programowania i zachowania w pamięci urządzenia 5 metod własnych destylacji?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.**

### Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści blok do mineralizacji z możliwością zachowania w pamięci urządzenia 7 metod?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.**

Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 18 sierpnia 2016 r. godz. 11:30.**

DYREKTOR GENERALNY  
Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów

*Mionika Bronkau-Ługowska*