



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński  
Dyrektor Generalny Urzędu  
Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów

DBA-2/240-54/2016

Warszawa, 18 listopada 2016 r.

## Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną z możliwością połączenia z komputerem za pomocą portu USB lub RS232? W ramach dostawy oferujemy Zamawiający dostarczenie kabla do przesyłania danych, kompatybilnego z wyspecyfikowanym urządzeniem. Zamawiający ma również możliwość przenoszenia danych za pomocą dysku USB. Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Laboratorium z uwagi na przepisy BHP eliminuje potencjalne zagrożenia. Pracownicy ważą substancje niebezpieczne sypkie i płynne. Chcemy uniknąć potencjalnego zahaczenia, potrącenia i tym podobnych sytuacji.

### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wagę z poziomnicą manualną, ale z elektroniczną instrukcją poziomowania urządzenia na wyświetlaczu oraz ze wskaźnikiem informującym o konieczności wyrównania wagi? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Pod pojęciem „poziomica elektroniczna” Zamawiający rozumie wagę z poziomnicą manualną i z elektroniczną instrukcją poziomowania urządzenia na wyświetlaczu oraz ze wskaźnikiem informującym o konieczności wyrównania wagi. Ponadto Wykonawca otrzyma dodatkowe 5 punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert, w przypadku gdy zaoferuje całkowicie automatyczną poziomnicę wagi.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2016 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 23 listopada 2016 r. godz. 10:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński

