



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński  
Dyrektor Generalny Urzędu  
Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów

**BBA-2/262-43/2017**

Warszawa, 6 listopada 2017 r.

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Dostawę mebli laboratoryjnych, dygestorium oraz okapów laboratoryjnych dla Laboratorium Kontrolno-Analitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Katowicach” informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

#### **Pytanie 1**

Zamawiający w SIWZ wymaga w większości blaty laboratoryjne wykonane z żywicy fenolowej. Na rynku jest dostępnych wiele materiałów nazywanych żywicą fenolową, różniących się jakością. Wymagania postawione w specyfikacji w żaden sposób nie zapewniają, że Zamawiający otrzyma materiał nadający się do prac w Laboratorium. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga aby blaty z żywicy fenolowej posiadały poniższe atesty i certyfikaty potwierdzające wysoką jakość blatów umożliwiającą wykorzystanie ich w laboratorium:

- Atest higieniczny
- Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
- Certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały
- Certyfikat potwierdzający dostosowanie do standardu EN 1186-9 „Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi”, wydany przez niezależny instytut badawczy.
- Certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzający wykonanie analiz na redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po 24 godz. Certyfikat powinien obejmować badanie przynajmniej dwóch mikroorganizmów:
- Escherichia coli ( Pałeczki Coli )
- Staphylococcus aureus ( Gronkowiec Żłocisty )?

Czy Zamawiający wymaga dołączenia tych dokumentów do oferty?

#### **Odpowiedź na pytanie 1**

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy wymaganiach określonych w SIWZ.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a ich uwzględnienie może wymagać dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 9 listopada 2017 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 9 listopada 2017 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński