



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

BBA-2/262-27/2018

Warszawa, 14 sierpnia 2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „**Dostawę i montaż dwóch dygestoriów do ogólnych prac laboratoryjnych z szafkami antywybuchowymi pod blatem roboczym wraz z modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej i wodno-kanalizacyjnej w laboratorium w Olsztynie.**” informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści aby regulacja okna góra/dół były obsługiwane z przycisku niezależnego od panelu sterującego umieszczonego pod blatem? Pozostałe funkcje byłyby zintegrowane na wyświetlaczu panelu sterującego.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza regulacji okna góra/dół z przycisku niezależnego od panelu sterującego umieszczonego pod blatem, w związku z czym pozostaje przy zapisach podanych w SIWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści umieszczenie przeciwwagi dygestorium na tylnej ścianie dygestorium? Umieszczenie przeciwwagi w tym miejscu nie wpływa na użytkowanie oraz na prace serwisowe.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza umieszczenia przeciwwagi dygestorium na tylnej ścianie dygestorium, w związku z czym pozostaje przy zapisach podanych w SIWZ.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 17 sierpnia 2018 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński