



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 25.09.2019 r.

BBA-2.262.31.2019

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów UOKiK** informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu myjkę o pojemności roboczej 5,2 l zamiast sześciu litrów, wyposażoną w pokrywę z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (zamiast stali), odpornego na uszkodzenia, wysoką temperaturę oraz powszechnie stosowane środki chemiczne, spełniając wszystkie pozostałe warunki?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części IX – Myjka ultradźwiękowa dla LOL stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści wagę analityczną (Część X. Waga analityczna - 1 szt.) o wymiarach zewnętrznych: (WxDxS): 373 mm x 425 mm x 240 mm?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części X – Waga analityczna stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 30 września 2019 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 30 września 2019 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński

