



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński  
Dyrektor Generalny Urzędu  
Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów

Warszawa, 25.09.2019 r.

**BBA-2.262.31.2019**

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów UOKiK** informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o następującej treści:

#### **Pytanie 1**

##### **Dotyczy części IV**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia o zakresie nastawy temperatury od 30°C do 80°C przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający** modyfikuje załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części IV – Myjka ultradźwiękowa dla LBG stanowi załącznik do niniejszego pisma.

#### **Pytanie 2**

##### **Dotyczy części II (chłodziarka laboratoryjna)**

Czy Zamawiający wymaga również wyceny wnoszenia chłodziarki? Jeśli tak, proszę o podanie jak wygląda droga wnoszenia (czy jest dostępna winda towarowa, czy wnoszenie ma się odbyć po schodach, na którym piętrze ma być docelowo umieszczona chłodziarka oraz wszystkie niezbędne informacje o drodze od drzwi do miejsca docelowego).

Uzasadnienie: Odpowiedź na powyższe pytanie umożliwi oferentom wycenę wnoszenia jeśli takowe jest potrzebne

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż** wymaga dostarczenia chłodziarki i ustawienia jej we wskazanym miejscu. Parter budynku znajduje się około metra nad poziomem drogi dojazdowej (jest podjazd i schody). W budynku znajduje się winda towarowa o wymiarach 199 x 199 x 199 cm, za windą należy przetransportować urządzenie po poziomej powierzchni na odległość około 70 m. Po drodze występuje dwukrotnie obniżenie sufitu do wysokości 220 cm. Pomieszczenia laboratorium znajdują się na pierwszym piętrze budynku.



### **Pytanie 3**

#### **Dotyczy części III (łaźnia wodna)**

Czy Zamawiający dopuści pokrywę do łaźni wykonaną z plexi i poliwęglanu?

Uzasadnienie: do opisanej w SIWZ łaźni nie są już produkowane pokrywy ze stali nierdzewnej, jedynie z plexi i poliwęglanu

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż** dopuści pokrywę do łaźni wykonaną z plexi i poliwęglanu (w specyfikacji nie jest wskazany materiał wykonania pokrywy, tylko informacja, że ma być wykonana z nierdzewnego materiału).

### **Pytanie 4**

#### **Dotyczy części III (łaźnia wodna)**

Zamawiający wymaga wzorcowania łaźni w 7 temperaturach. Proszę o informację czy wzorcowanie w każdej temperaturze ma być w jednym punkcie (środek łaźni)? Jeśli nie proszę o informację w ilu punktach w każdej z temperatur ma się odbyć wzorcowanie?

Uzasadnienie: Odpowiedź na to pytanie umożliwi oferentom prawidłową wycenę wzorcowania

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż** wzorcowanie musi być wykonane w każdej temperaturze i musi być wykonane w jednym punkcie (środek łaźni).

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 30 września 2019 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 30 września 2019 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński

