



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 26.09.2019 r.

BBA-2.262.31.2019

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów UOKiK** informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy części II (chłodziarka laboratoryjna)

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną dwukomorową bez kółek jezdnych.

Uzasadnienie:

Producent nie zaleca ze względów bezpieczeństwa na stosowanie kółek jezdnych przy urządzeniach o wysokości prawie 200 cm.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II – chłodziarka laboratoryjna stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2

Dotyczy części III (łaźnia wodna)

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną ze zbiornikiem o wysokości 140 mm?

Uzasadnienie:

Objętość użytkowa łaźni wodnej nie ulega zmianie, a wpłynie to znacząco na poprawę stabilności temperatury.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części III – łaźnia wodna stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 3

Dotyczy części III (łaźnia wodna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 9 tygodni?



Uzasadnienie:

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z uwagi na standardowe terminy dostawy producenta przedmiotu zamówienia.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 9 tygodni.

Pytanie 4

Dotyczy części X (waga analityczna)

Czy zamawiający dopuści wagę analityczną (Część X. Waga analityczna - 1 szt.) z instrukcją obsługi w języku angielskim? lub ewentualnie z pełną instrukcją obsługi w języku angielskim oraz ze skróconą instrukcją obsługi w języku polskim (najważniejsze informacje, obsługa i operacje wykonywane przez użytkownika)?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania wagi analitycznej z instrukcją obsługi w języku angielskim ani z pełną instrukcją obsługi w języku angielskim ze skróconą instrukcją obsługi w języku polskim. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zaoferowana waga analityczna musi mieć instrukcję obsługi w języku polskim.

Pytanie 5

Dotyczy części X (waga analityczna)

Czy czas dostawy może wynosić maksymalnie 6 tygodni?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ze względu na to, iż zmiana treści SIWZ wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie ofert, dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 1 października 2019 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 1 października 2019 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński

